



IPTLATAM Marketing News

Actualización sobre COVID-19 Revocación de la Autorización de Uso de Emergencia para los Sistemas de Esterilización a Baja Temperatura V-PRO™

A partir del 30 de junio de 2021, la agencia reguladora de medicamentos de los Estados Unidos revocó la autorización de uso de emergencia otorgada a STERIS para los Sistemas de Esterilización a Baja Temperatura V-PRO, que por lo tanto ya no están autorizados para uso de emergencia.

Consulte la carta corporativa aprobada [aquí](#) (solo en inglés por ahora) que puede ser enviada a su base instalada de Clientes del Sistema de Baja Temperatura V-PRO™ t para compartir este último anuncio y comunicar las acciones que deben tomar nuestros Clientes.

No dude en utilizarla en sus mercados según corresponda, pero le pedimos que no modifique el texto de ninguna manera. La carta se puede encontrar en el [website de STERIS \(sesión COVID\)](#). Se están realizando traducciones al francés, italiano, alemán, español y portugués y, tan pronto como estén disponibles, se incluirán en el sitio web [steris.com](#) y en la aplicación IPT Connect.

Si tiene un enlace a COVID en su firma de email, asegúrese de eliminarlo.

Equipo de Marketing IPT LATAM

Contactos en la región LATAM

Marisa Rossini, Directora de Sales Enablement y Marketing Comercial LATAM +55 11 95050-9720

Thiago Pinto, Gerente Asociado de Producto +55 11 96474-9212

Rackel Lino, Coordinadora de Eventos y Comunicación Corporativa +55 11 99943-4823

Beatriz Ganem, Asistente de Marketing +55 41 99247-9304